Test rápido de antígenos para la detección de SARS-CoV-2

Para venta en farmacias

Con marcado CE para autodiagnóstico

En envase individual

CE 0123

Tipo de muestra: nasal
Tiempo resultados: 15-20 min

Sensibilidad: 96.77%
Especificidad: 99.20%
Precisión: 98.72%

deltalab GROUP

División Diagnóstico

Componentes del kit

- 1 cassette de prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 (en bolsa de aluminio sellada)
- 1 hisopo nasofaríngeo estéril
- 1 tubo de extracción
- 1 botella de reactivo de extracción
- Instrucciones de uso
- Soporte para tubos en la caja

Interpretación de resultados



Sí aparecen dos bandas de color con una banda de color en la zona de control (C) y otro en la zona de prueba (T) dentro de 15-20 minutos, la prueba el resultado es positivo.



Si aparece una banda de color en la zona de control (C) y no aparece una banda en la zona de prueba (T) en 15-20 minutos, el resultado de la prueba es negativo.



Si no aparece ninguna línea de color en el área de control (C) en 15-20 minutos, la prueba no es válida. Repita la prueba con un nuevo cassette de prueba.

Instrucciones de uso



Gire la tapa de la botella del reactivo de extracción de muestras.
Precaución: Ábralo lejos de su cara y tenga cuidado de no derramar el líquido.



Exprima todo el líquido de extracción de la botella en el tubo de extracción.
Precaución: Evite tocar la botella con el tubo.



Identifique la punta de tela suave del hisopo. Abra el embalaje del hisopo y sáquelo con cuidado.
Precaución: Nunca tocar la punta de tela suave con las manos.



Inserte con cuidado el hisopo en una fosa nasal. La punta del hisopo debe insertarse a no menos de 2,5 cm del borde de la fosa nasal. Pase el hisopo 3-4 veces a lo largo la mucosa dentro de la fosa nasal. Deje el hisopo en la fosa nasal durante varios segundos. Usando el mismo hisopo, repita este proceso para la otra fosa nasal. Retirar el hisopo de la cavidad nasal.



Coloque el hisopo en el tubo de extracción. Rote el hisopo de tres a cinco (3-5) veces.
Dejar el hisopo en el líquido durante un minuto.



Apriete el tubo de extracción con los dedos y retire la solución del hisopo tanto como sea posible.



Coloque firmemente el tapón con la boquilla en el tubo de extracción.



Lleve los componentes del kit a temperatura ambiente antes de la prueba. Abra la bolsa y retire el cassette. Coloque el cassette en una superficie plana y nivelada.
Precaución: Una vez abierto, el cassette debe ser utilizado inmediatamente.



Invierta el tubo de extracción y agregue 3 gotas del líquido en el pocillo de la muestra (S) apretando suavemente el tubo de extracción.
Precaución: Intentar evitar la formación de burbujas en el pocillo S.



Leer los resultados en 15-20 min.
Precaución: Los resultados pasados 20 minutos no son precisos.

www.nirco.com
www.sanilabo.com

Madrid: Tel.: + 34 91 616 42 68
Barcelona: Tel.: + 34 93 699 50 00
Valencia: Tel.: + 34 96 395 08 09

deltalab · nirco Diagnóstico & Investigación · equilabo GLOBAL LAB SOLUTIONS · Sanilabo Sanitaria de laboratorio